



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
Аттестат аккредитации ВУ/112.03.3.0.0055 от 20 июня 1996 г.
действителен до 31 марта 2015г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 23722-49

Дата поверки 14 11 2011 г.

Действительно до 14 11 2012 г.

Наименование средства измерения: Счетчик жидкости камерный

Заводской номер: 5108166

Тип: VZO 4

Диапазон измерений: 1 ÷ 80 л/ч

Класс точности(погрешность): ±1% при Q ≤ 2л/ч + 1/-2%

Владелец: ОДО «Брендком»

На основании результатов поверки средство измерений
признано годным и допускается к применению

Место отписки поверительного клейма



Поверитель

ПОДПИСЬ

Калошин А.Л.
расшифровка подписи

1. Исходный эталон Расходомерная установка РУДТ-0.08
№001 $\delta = \pm 0.3\%$

тип, заводской номер, разряд, класс точности

2. Методика поверки МРБ МП. 2186-2011

3. Результат поверки (при необходимости):

Поверитель

ПОДПИСЬ

Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений,
выполняемых с помощью данного средства измерения, к
национальным эталонам и международным единицам системы SI.

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел.: 233-27-87; факс 288-09-38